



Germo®
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germo.it

LINEA GERMOCID – SCHEDA TECNICA

GERMOCID GLUTACARE

GERMOCID GLUTACARE è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE per la disinfezione ad alto livello di dispositivi medici invasivi.

GERMOCID GLUTACARE trova impiego per la disinfezione di alto livello delle apparecchiature medicali termolabili e non autoclavabili (ad esempio trasduttori di ultrasuoni, sonde per pulsossimetri, sonde stetoscopiche e endoscopiche, apparecchi ECG, incubatori, apparecchi per la misurazione della pressione del sangue, strumentario radiologico, monitors etc). GERMOCID GLUTACARE consente di ottenere un'elevata efficacia in tempi rapidi ed in modo sicuro. La Glutaraldeide in associazione all'Ortofenilfenolo conferisce a GERMOCID GLUTACARE un ampio spettro d'azione nei confronti dei patogeni quali batteri Gram-positivi e Gram-negativi, Micobatterio tubercolare, funghi, spore e virus (Adenovirus, HIV, HBV e HCV). Grazie ai coformulanti presenti al suo interno possiede inoltre un forte potere detergente. GERMOCID GLUTACARE fornendo una rapida disinfezione, consente un veloce riutilizzo della strumentazione. Inoltre, rispetta le parti più sensibili degli strumenti trattati (fibre ottiche, collanti, plastiche, gomme e metalli) e non ha un'azione corrosiva ed ossidante. Si utilizza senza diluizione poiché il prodotto è pronto all'uso.



APPLICAZIONI

GERMOCID GLUTACARE si utilizza per la disinfezione di alto livello e la conservazione asettica di strumentario chirurgico invasivo (sia per uso ospedaliero che odontoiatrico). La soluzione può essere impiegata anche in macchinari ad ultrasuoni. Per uso professionale.

ISTRUZIONI PER L'USO

È consigliato far precedere al trattamento una opportuna detersione. *GERMOCID GLUTACARE si utilizza tal quale nel caso di disinfezione degli strumenti.* Lasciare agire per 5 minuti per un'attività antibatterica, 15 minuti vs funghi e virus, 60 minuti vs Micobatterio tubercolare e 4 ore per un'azione sporicida. Completare i processi di disinfezione con un'accurata fase di risciacquo con acqua sterile. Le soluzioni di Glutaraldeide al 2% hanno dimostrato di mantenere le proprietà disinfettanti in presenza di contaminazione con materiale organico e carica microbica per un periodo di 14 giorni. Non superare i tempi indicati. La letteratura scientifica consiglia inoltre l'uso ripetuto in macchine lavaendoscopi per un numero di cicli di disinfezione non superiore a 30-40. *Per la conservazione asettica immergere gli strumenti già disinfettati in una soluzione di prodotto diluito al 10% in acqua o alcol fino al momento dell'uso.* Sciacquare gli strumenti con acqua sterile prima dell'utilizzo. In caso di un periodo prolungato a contatto con la soluzione acquosa (superiore alle 24 ore), per preservare le parti in metallo è necessario aggiungere alla soluzione un prodotto antiossidante. Evitare l'immersione in contemporanea di dispositivi medici costituiti da diverse leghe metalliche o in acciaio al carbonio per più di 24 ore.

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
R506	Flacone da 1000 ml	Scatola da 12 flaconi

Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
8009110031111	089110031111	335 l x 253 p x 274 h	40 ct (4 piani x 10)



Germodis®
S.p.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germo.it

LINEA GERMOCID – SCHEDA TECNICA

GERMOCID GLUTACARE

COMPOSIZIONE

100,0 g di prodotto contengono: Glutaraldeide 2,0 g; O-fenilfenolo 0,5 g; coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,0 g.

CARATTERISTICHE

Liquido limpido incolore.

ATTIVITÀ

GERMOCID GLUTACARE è una soluzione pronta all'uso che svolge una rapida ed efficace azione disinfettante ad alto livello contro batteri Gram-positivi e Gram-negativi, Micobatterio tubercolare, funghi, spore e virus.

Norma	Attività	Tempi di contatto
EN13727-EN14561	Battericida	5 minuti
EN13624-EN14562	Fungicida	15 minuti
EN14476	Virucida (Adenovirus, HIV, HBV, HCV)	15 minuti
EN14348-EN14563	Micobattericida (TBC)	60 minuti
EN13704	Sporicida	4 ore

AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare con alcali. Smaltire in accordo con la regolamentazione nazionale in riferimento alla composizione del prodotto.

VALIDITÀ

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

AUTORIZZAZIONI

Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 2007/47/CEE.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI